

# FICHA INFORMATIVA DE TECNOVIGILANCIA

## INFORMACIÓN RESUMIDA DE SEGURIDAD DE CATETER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20 X 1 1/4

### Indicaciones

- Se utiliza para la canalización de una vía venosa periférica, la cual permite la administración de soluciones con fines terapéuticos en pacientes con accesos venosos periféricos difíciles, estancia prolongada entre otros aspectos relacionados al tipo de infusión.

### Advertencias y precauciones

El dispositivo médico (DM) debe garantizar esterilidad e integridad

El dispositivo médico debe estar exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

El dispositivo médico debe presentar sellado hermético periméricamente.

### Recomendaciones

El DM debe contar con la siguiente información: registro sanitario, Lote, fecha de manufactura, fecha de vencimiento, estéril, atóxico, libre de pirógenos, de un solo uso, no usar si el envase está dañado o abierto, almacenar en un lugar fresco y seco, adquirir en lugares autorizados.



### Base de datos regional de tecnovigilancia

Se encontró casos de SIADM. Dificultad al momento de introducir la aguja del catéter y resistencia al momento de retirar el protector ocasionando incomodidad y pérdida de la colocación de la aguja.

Competencia del usuario: Expertis de Licenciada de enfermería